

Hidrolik Sedye-Manuel (El Kontrollü, Önden Yüklemeli) HSM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kadavra ve cenazelerin tek kişi tarafından nakledilmesi için tasarlanmış olmalıdır. Morg üniteleri, diseksiyon masaları ve kadavra saklama havuzu gibi ürünlerle uyumlu olmalıdır.
2. Ebatları 680 mm x 2190 mm x 320 mm / 1700 mm olmalıdır.
3. Sedye 320 mm'ye kadar incek ve 1700 mm'ye kadar çıkabilecek hareket kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Sedyenin taşıma kapasitesi 120 kg olmalıdır.
5. Kullanılan malzeme paslanmaz çelik olmalıdır. Taşıma kulpu 32 mm çapında ve 2 mm kalınlığında AISI 304 Kalite Cr-Ni borudan imal edilmelidir. Taşıma kulpu alt şaseye bağlı ve 830 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Hidrolik sedyede su ve nemden etkilenmeyen 4 adet özel konveyör borusu olmalıdır. Her konveyör borusunda 2 adet polyemit makara bulunmalıdır.
7. 600*1930 mm ölçülerindeki cenaze tavasına uygun konveyörü olmalıdır.
8. Hidrolik sedyenin 2 adeti frenli olmak üzere 4 adet tekeri olmalıdır.
9. Hareketi sağlayan parçalar ve kullanılan bütün parçaları (Teker, Kol, Alt Şase, Üst Şase, Kayar Rulmanlar, Rulo Yatakları, Rulo Pimleri, Rulo Gövdeleri, Piston, Piston Hortumları, Piston Kovanı, Piston Mili, Makaslar, Makas Mafsalları vb.) arızalanması durumunda lifter vidalı somunlu yerlerinden sökülerek yenisi ile değiştirilebilir özellikte üretilmelidir.
10. Hidrolik sedyenin pistonu kapalıyken aşağı inmeli, açıkken yukarı kalkmalıdır ve yere paralel çalışmalıdır.
11. Sedye boru-ray sistemine sahip olmalıdır.
12. Sedyenin aşağı-yukarı hareketinde piston makaslarla birlikte hareket etmelidir. Bu sayede cenaze tavasının konulduğu konveyörde yukarıya doğru hareket ederken her seviyede sarsıntı en aza indirilmelidir.
13. Sedyenin pistonu makaslara orta yerinden pim ile takılıp çıkartılır olmalıdır. Piston yukarı doğru kalkarken makasa bağlı pistonun alt kısmı ileri doğru hareketli olmalıdır.
14. Pistonun kapalı boyu 620 mm, açık hali en fazla 970 mm olmalıdır.
15. Hidrolik sedyede üst bölmenin kalkmasını ve inmesini sağlayacak manuel el kontrol mekanizması olmalıdır.
16. Firma teklif ettiği cihazın şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığına dair teknik ürünün üretim aşamalarını gösteren teknik resmini, kataloglarını ve fotoğraflarını koymalıdır.
17. TSE ile Hizmet Yeri Belgesi kapsamı 13005 Tıbbi Cihazlar olmalıdır. Firmanın ürettiği cihazlara ait ISO 9001:2015 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır. Belge kapsamı morg ünitelerine ait olmalıdır.
18. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.