

GASİL MASASI OCE2

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir.
- Üst tabla, 1,5 mm kalınlığında sacdan üretilmelidir.
- Masanın her yerine ulaşabilen su sprej ünitesi ve su tahliye sistemi bulunmalıdır.
- Masanın ayakları 40*40*1,2 mm profilden imal ve 2si frenli olmak üzere tekerlekli olmalıdır.
- Üst tabla komple pres baskılı olmalıdır. Sıvı sızdırmayacak şekilde köşeleri kaynak ile birleştirilmelidir.
- Üst tablanın kenarlarında etekler olmalıdır.
- Masa üzerinde sıvı süzülmesini sağlayan perfore tablalar olmalıdır.
- Harici, masadan ayrılabilir evye ünitesi olmalıdır.
- Ebatlar (E*B*Y): 2600*800*850 mm (±50 mm) olmalıdır.

Opsiyonlar:

- Ayarlanabilir rotül ayaklar
- Kol, boyun ve ayak çalışma aparatları
- Diseksiyon sehpası